

全身麻酔装置仕様書

1. 全身麻酔装置 [アトラン A300 ドレーゲルジャパン (株) 製] 1 台
2. アトラン A300 本体の流量計設定を行うこと。
3. 次の付属品を備えること。
 - ・ 気化器 D バポール 2000 (セボフルレン用)
 - ・ 酸素センサー
 - ・ プレッシャーサポートオプション
 - ・ 余剰ガス排出キット
 - ・ 耐圧ホース (O₂、Air、N₂O)
 - ・ 全身麻酔装置アトラン標準添付品
 - ・ 跳ね上げ式筆記台
4. 正常に稼働することを確認すること。